

Ruptura do implante de silicone nas mamas pode estar associada a sintomas de dor e fadiga crônica

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Vermeulen e Scholte, em Amsterdã, realizaram um estudo para avaliar sintomas de dor severa e fadiga crônica em 319 pacientes portadoras de implantes de silicone. Como controle incluíram no estudo 100 mulheres sem implante mamário e portadoras da síndrome da fadiga crônica (SFC) e 40 mulheres sem SFC e sem implante de silicone. Em 217 mulheres com implantes de silicone foram relatados sintomas de dor severa e fadiga crônica, sendo que 131 apresentaram ruptura do implante de gel de silicone. Em geral, mulheres com implante de silicone nas mamas relataram mais frequentemente dor severa e fadiga crônica, sendo que a ruptura da cápsula de gel de silicone foi associada a aumento da intensidade dos sintomas. Referência: J. Reumatol., 2003; 30: 2263-2267.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/ruptura-do-implante-de-silicone-nas-mamas-pode-estar-associada-a-sintomas-de-dor-e-fadiga-cronica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.