

Variação do teste da placa quente para testar estímulos hiperalgésicos

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Lavich e cols., da IOC-FIOCRUZ, propuseram variação do modelo da placa quente para detectar efeitos de agentes hiperalgésicos em ratos ou camundongos. O modelo consiste em avaliar a latência da resposta dos animais no teste clássico após administração intraplantar de prostaglandina ou carragenina. O modelo detecta o efeito dos indutores em menores doses e mantém a medida mais baixa do que os controles por tempo mais longo (Resumo 6.157).

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/variacao-do-teste-da-placa-quente-para-testar-estimulos-hiperalgesicos · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.